

### **3. Deri İrritasyon Testi (TS EN ISO 10993-10, OECD 404, OECD 439):**

Tıbbi cihazların, kozmetik ürünlerin veya ilaç formülasyonlarının tahriş ve cilt duyarlılığı oluşturma potansiyelleri bakımından değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu amaçla hayvan deneyi veya in vitro doku kültürü testi kullanılmaktadır.