

5. Sensitizasyon Testi (TS EN ISO 10993-10, OECD 406):

Bu test, tıbbi cihazların, kozmetik ürünlerin veya ilaç formülasyonlarının sensitizasyon (aşırı duyarlılık) potansiyelini belirlemek için kobyada yapılan Tip IV (gecikmiş) spesifik hipersensitivite oluşumunun değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.